

Опросный лист КРОНЕ

Струевыпрямители

KROHNE

measure the facts

Контактные данные

Дата заполнения:

Проект, наименование:

Компания:

Адрес:

Контактное лицо:

Телефон:

E-mail:

Конечный пользователь:

Параметры процесса

Тип установленного расходомера:

Измеряемая среда:

Плотность среды:

Вязкость среды:

Рабочее давление, МПа:

мин.

макс.

Рабочая температура, °C:

мин.

макс.

Параметры трубопровода

Внутренний диаметр трубопровода, мм:

Материал трубопровода:

Исполнение

Номинальный диаметр:

Номинальное давление:

Уплотнительная поверхность (1):

Уплотнительная поверхность (2):

Материал струевыпрямителя:

Стандарт:

Заполненные опросные листы просьба отправлять на почту pr@krohne.su

Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств. Заполняя данный опросный лист, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ РФ №152 «О персональных данных»).

Опросный лист КРОНЕ


KROHNE

measure the facts

Струевыпрямители

Тип струевыпрямителя

«Шпренкель»




Очень хорошо устраняет
асимметрию потока и снижает
уровень пульсаций

DN 25...300

Газ

«Этуаль»




Устраняет только закручивание
потока

DN 80...700

Жидкость/ газ

«Занкер» (пластинчатый или однодисковый)




Устраняет закручивание
и асимметрию потока

DN 25...500

Жидкость/ газ

«Спиэмен»




Устраняет закручивание
и асимметрию потока

DN 25...500

Жидкость/ газ

«Трубчатый»



Устраняет закручивание потока
и частично уменьшает его
асимметрию

DN 200...800

Жидкость/ газ

Комплектность

Количество, шт.:

Комплект крепежа и прокладок:

Прочие требования

Заполненные опросные листы просьба отправлять на почту pr@krohne.ru

Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств. Заполняя данный опросный лист, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ РФ №152 «О персональных данных»).